

QUALITY CONTROL CERTIFICATE  
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT  
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ  
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD  
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

**Pipette 5-50ul**

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YE20BAS0058968

---

Mode/Programm/Modo/Funzione: P      Volume/Volumen: 20.00 ul  
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 19.97 ul  
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: -0.17 %  
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.23 %

---

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2020-11-11 16:49:16  
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 22°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Fern