

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

Pipette 100-1000ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YE217AS0257545

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 200.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 199.84 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: -0.08 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.21 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2021-07-22 06:44:40
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 22°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Snow

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

Pipette 5-50ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YE217AS0257085

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 20.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 20.11 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.54 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.27 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2021-07-21 15:07:38
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 22°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Lily

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED