

# DANKUNI LAB

QC LEVEL 3  
LOT# 00021132

Na<sup>+</sup> 112.3 mmol/L  
K<sup>+</sup> 2.49 mmol/L  
Cl<sup>-</sup> 88.9 mmol/L

RESULT STORED  
MAY-13-22; 11:55

QC RESULTS

LAST CONTROL  
QC LEVEL 2

MAY-13  
Na<sup>+</sup> 152.6  
K<sup>+</sup> 5.69  
Cl<sup>-</sup> 126.0  
MAY-13-22; 11:57

QC-3  
Range

Na<sup>+</sup> → 111 - 121

K<sup>+</sup> → 2.3 - 2.9

Cl<sup>-</sup> → 77 - 89

QC-2  
Range

Na<sup>+</sup> → 151 - 161

K<sup>+</sup> → 5.4 - 6.0

Cl<sup>-</sup> → 117 - 127

*Shilpa*  
13/05/22