

ஆய்வகத்தின் மாநாத்திர சுருக்கத்தைப் பார்க்கவும்

ஆய்வகத்தின் பெயர்	அரக PHC, வெள்ளூர்	வஜ்ஜவான பகுப்பாய்வு பற்றிய விவரங்கள்
ஆய்வக எண்	12030	மாநாத்திர சுருக்கம் பற்றிய விவரம்
மாநகம்	ஆரம்ப	SDI பற்றிய விவரம்
ஆண்டு	2023	
தொகுதி குழு	வேதியியல் III	

வரைகலைத் தரையைப் பார்க்க பகுப்பாய்வைக் கிளிக் செய்யவும்

அனைத்து அளவைகளை முடிவு
அரக

முடிவு உள்ளிடப்பட்ட தேதி: 18/08/2023

அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி: 01/09/2023

S.No	பகுப்பாய்வு பெயர்	முறை / சான்றாக பெயர்	பகுப்பாய்வாளர் பெயர்	பங்கீடுபாளர்களின் எண்ணிக்கை	டி.ஓ	பங்கீடுபாளர்கள்		உய்வக எதிர்வு	SDI	டி
						சுயவிவரம்	எதிர்வு			
1	குளுகோசஸ் III	கடவுள்-பாட III	ரோபோனிக (அரை தானியங்கி / முழு தானியங்கி)	1841	175.58	5.13	9.00	162.1 mg/dL	-1.50	0.42
2	பிரியோடையின III	Jaffes Kinetic - அலகலைனிக ரேட் III	ரோபோனிக (அரை தானியங்கி / முழு தானியங்கி)	1852	1.76	6.77	0.12	2.2 mg/dL	3.70	0.01
3	கொலஸ்டரால் III	CHOD-PAP III	ரோபோனிக (அரை தானியங்கி / முழு தானியங்கி)	1764	113.80	4.07	4.64	126.3 mg/dL	2.70	0.22

SDI வரம்பு	விளக்கம்
-1.00 முதல் +1.00 வரை	சிறப்பானது.
± 1.01 முதல் ± 2.00 வரை	நல்ல.
±2.01 முதல் ±2.99 வரை	எச்சரிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எச்சரிக்கை சமீபமாக.
±3.0க்கு அப்பால்	ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயல்திறன். அதிரடி சமீபமாக.

இணைப்புகள்			
மூலக்கூறு மாற்றம்	முறைகளை மாற்றவும்	ஆய்வக முடிவுகளை சுயப்பிக்கவும்	ஆய்வகத்தின் மாநாத்திர சுருக்கத்தைப் பார்க்கவும்
வகுப்புகள்	உட்கொண்டலை மாற்று	விடு	வெளியேறு


 மருத்துவ அலுவலர்
 அரக ஆரம்ப சுகாதார துறைமுகம்
 வெள்ளூர்,
 கோவை - 641 111.