

ஆய்வகத்தின் மாதாந்திர சுருக்கத்தைப் பார்க்கவும்

ஆய்வகத்தின் பெயர்	அரக PHC, வெள்ளூர்	வறுவான பகுப்பாய்வு பற்றிய விவரங்கள்
ஆய்வக எண்	12039	மாதாந்திர சுருக்கம் பற்றிய விவரம்
மாதம்	ஆகஸ்ட்	SDI பற்றிய விவரம்
ஆண்டு	2023	
நொருதி குழு	வேதியியல் III	
வரைகலைத் தரவைப் பார்க்க பகுப்பாய்வைக் கிளிக் செய்யவும்		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">அனைத்து அளவைசர் முடிவு</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">அசக</div>
		முடிவு உள்ளிடப்பட்ட தேதி: 18/08/2023
		அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி: 01/09/2023

S.No	பகுப்பாய்வு பெயர்	மூறை / கொள்வனவு பெயர்	பகுப்பாய்வாளர் பெயர்	பய்க்கெற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை	டி.வி	பய்க்கெற்பாளர்கள்		உய்வகம் மதிப்பு	SDI	யு
						சமவிலகம்	எண்			
1	குளுக்கோஸ III	கடவுள்-பாட் III	ரோபோனிக் (அரை தானியங்கி / முழு தானியங்கி)	1841	175.58	5.13	9.00	162.1 mg/dL	-1.50	0.42
2	கிரியேட்டினின் III	Jaffes Kmetic - அல்கலைன் பிக்ரேட் III	ரோபோனிக் (அரை தானியங்கி / முழு தானியங்கி)	1852	1.76	6.77	0.12	2.2 mg/dL	3.70	0.01
3	கொலஸ்ட்ரால் III	CHOD-PAP III	ரோபோனிக் (அரை தானியங்கி / முழு தானியங்கி)	1764	113.80	4.07	4.64	126.3 mg/dL	2.70	0.22

SDI வரம்பு	விளக்கம்
-1.00 முதல் +1.00 வரை	சிறப்பானது.
± 1.01 முதல் ± 2.00 வரை	நல்ல.
±2.01 முதல் ±2.99 வரை	எச்சரிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எச்சரிக்கை சமிக்ஞை.
±3.0க்கு அப்பால்	ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயல்திறன். அதிரடி சமிக்ஞை.

இணைப்புகள்			
முகவரியை மாற்றவும்	மூறைகளை மாற்றவும்	ஆய்வக முடிவுகளை சமர்ப்பிக்கவும்	ஆய்வகத்தின் மாதாந்திர சுருக்கத்தைப் பார்க்கவும்
வருடாந்திர சுருக்கம்	கடவுச்சொல்லை மாற்று	விடு	வெளியேறு

  
 மருத்துவ அலுவலர்  
 அரக ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்  
 வெள்ளூர்,  
 கோவை - 641 111.