

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

Pipette 1000ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YE22CBC0166487

Mode/Programm/Modo/Funzione: P	Volume/Volumen: 1000.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Signficado/Medio:	999.76 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza:	-0.02 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione:	0.09 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2023-01-10 14:12:58
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 22°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Snow

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED