

Received Date 16/12/2022

QUALITY CONTROL CERTIFICATE  
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT  
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ  
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD  
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

## Pipette 100ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YE21AAV0074107

---

Mode/Programm/Modo/Funzione: P      Volume/Volumen: 100.00 ul  
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 100.16 ul  
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.16 %  
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.17 %

---

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2021-10-15 08:54:40  
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 20°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Ken

CE ISO 9001/13485  
CERTIFIED