

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

Pipette 10-100ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YE221AW0155238

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 25.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 25.23 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.92 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.45 %

31/3/2023
Next Due Date *[Signature]*
30/3/2024.

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2022-01-17 10:06:27
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 20°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Fern

ICTC - JUNH - Hospital

[Signature]

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED