							Z Score				
S N	**Parameters**	**Linearity**	**SI Units**	**Method**	**Instrumen**	**Oct-24**	**Sep-24**	**Aug-24**	**Jul-24**	**Jun-24**	**May-24**
1	Glucose	0-500	mg/dl	GOD-POD	Automatio	-0.03	-0.85	-0.15	0.09	0.37	0.32
2	UREA	0-300	mg/dl	GLDH Kinetic	Automatio	0.38	1.02	-0.2	1.53	1.58	1.43
3	CREATININE	0-25	mg/dl	Enzymatic	Automatio	-1.39	-2.19	-1.2	-0.04	-0.63	-0.07
4	URIC ACID	0 - 30	mg/dl	Uricase POD	Automatio	0.05	-0.09	0.32	0.7	-0.08	0.36
5	SODIUM	Upto 180	mmol/L	I.S.E	Automatio	1.4	-1.16	-1.68	-1.96	-0.63	-1.72
6	POTASIUM	Upto 8	mmol/L	I.S.E	Automatio	0.13	-1.89	-0.81	-0.53	0.09	-0.67
7	CALCIUM	0-25	mg/dl	Arsenzo-III	Automatio	2	-1	-0.49	1.6	0.3	-0.09
8	PROTEIN	0-15	Gm/dl	Direct Biuret	Automatio	0	-1.29	0.56	0.51	0.85	1.09
9	ALBUMIN	0-6	Gm/dl	Bromocresol Gree	Automatio	-0.37	-0.4	-0.44	0.53	0.89	0.75
10	BILIRUBIN TOTA	0 - 30	mg/dl	D.C.A	Automatio	0.58	0.16	2.12	1.4	1.5	0.89
11	BILIRUBIN DIRE	0 - 30	mg/dl	D.C.A	Automatio	0.13	-0.7	1.89	0.51	0.86	-0.35
12	SGOT	0 - 500	IU/L	IFCC* Without P5	Automatio	-0.34	-1.59	0.19	0.26	0.56	0.79
13	SGPT	0 - 500	IU/L	IFCC* Without P5	Automatio	-0.87	-2.85	-1.93	-1.43	-1.6	-1.01
14	ALKALINE Phosp	0 - 700	U/L	AMP -IFCC	Automatio	-2.15	-1.89	-0.65	0.31	-0.14	-0.06
15	CHOLESTEROL	0 - 750	mg/dl	CHOD-PAP	Automatio	1.39	1.33	0.63	1.42	0.83	1.11
16	TRIGLYCERIDES	0 - 1000	mg/dl	GPO-PAP	Automatio	0.67	-1.07	-1.45	-1.35	-0.12	-1.4
17	HDL	0 - 200	mg/dl	Direct Method	Automatio	-0.25	-0.13	-0.31	0.54	-0.08	-0.23
18	AMYLASE	upto 2000	U/L	CNPG3	Automatio	-0.48	-0.88	0.85	1.24	1.07	0.99
19	Phosphorous	0.56 - 20	mg/dl	Phosphomolybda	Automatio	-0.52	-0.51	-0.36	0.06	0.3	-0.04